

CIRCLE TREADMILL

MZ-E PLUS

オーナーズマニュアル



本電動トレッドミルのお使いになる前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
また、お読みになった後は、必要なときにいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

もくじ

もくじ	1
安全にご使用いただくために	2
使用上のご注意	3. 4
製品仕様	5
パーツ確認	6
部品の確認	7
開梱及び組立	8~14
その他調整方法	15
準備体操	16
各部名称	17
操作説明	18. 19
運動方法(クイックスタート)	20~22
表示画面の説明	23~25
機能ボタンの説明	26~28
プログラムコントロール	29
プログラム内容	
(マニュアル)	30
(HILL)	31
(FATBURN)	32
(CARDIO)	33
(STRENGTH)	34
(インターバル)	35
(カスタマイズ)	36
(心拍数コントロール)	37
(体力テスト)	38
その他の機能説明	
USB ポート/イヤホンジャック	39
充電機能/Bluetoothについて	40
走行ベルト調整方法	41
メンテナンス	42~45
トラブルシューティング	46
商品仕様	47
保証書	背表紙

安全にご使用いただくために

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

この製品のご使用前、当社は各製品の品質を保証しますが、偶発的な間違いが人為的なミスにより発生する可能性があります。お客様が何らかの状況において、この製品の不具合が生じた場合、ご購入販売店、または弊社までご連絡ください。



使用電圧

この商品は単相 AC200V 20A もしくは AC100V 15A の電源が必要となります。電源コンセントに差し込む前、本機に使用する電圧をご確認ください。不明な点がございましたらお気軽に販売店までお尋ねください。



警 告

変圧器を使用しないでください。できるかぎり延長コードの使用をご遠慮ください。

どうしても使用しなければならない状況の場合、15A 以上の延長コードをご使用ください。

不明な点がございましたらお気軽に販売店までお尋ねください。



かかりつけの医師への相談

本機のご使用前、持病のある方はかかりつけの医師にご相談ください。医師から最も適切な運動時間や運動プログラムを組み立ててもらって無理のない運動をしましょう。

特に 35 歳以上又はお身体の不自由な方は、本機のご使用前にできるかぎり事前に必要な身体検査を行ってください。



他の安全上の注意事項

◎お子様或いはペットを本機に近づけないでください。お子様又はお身体の不自由な方が保護者の指導監督なしに勝手に使用しないようご注意ください。

◎運動中に目まいや吐き気、気分が悪くなったり、体に異常を感じた時は、直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。

◎危険の発生を避けるため、使用する前に必ず安全キーを衣服の腰の高さに付けてください。

◎メンテナンス又はお手入れの際は、電源スイッチを切ってから電源プラグを抜いてください。

◎本機を湿気の多い場所に設置しないでください。危険の発生或いはトレッドミルの寿命が短くなる原因となるおそれがあります。

◎走行ベルトの表面の汚れはこまめに中性洗剤などを含ませた雑巾などで拭いてください。

◎使用後、傾斜ボタンで傾斜角度を 0 の位置に戻してください。

◎使用しない時、お子様の手の届かないところに必ず保管してください。

◎ご使用の前、各部に摩損或いは緩み、異音等がないか確認してください。

◎トレッドミルに次のような状況が生じた時、使用しないでください。

1. 電源コードに破損があったとき、
2. トレッドミルの速度が異常なとき、
3. 落下又は毀損があったとき。

◎屋外で使用しないでください。

◎トレッドミルに貼られている警告サインをよくお読みください。

◎本機ご使用の時は、回転、駆動部に巻き込まれないように、ゆったりとした服装を着用しないでください。

◎足首或いは腱を傷めないよう適切な運動靴を履き、できるかぎり裸足でのランニングを避けてください。また走行ベルトが摩損するのを避けるため、硬い靴底の靴を履かないでください。

◎傾斜による危険を避けるため、本機は、必ず安定した平坦で丈夫な床に設置してください。

◎使用時、トレッドミルの両側は 50 cm、後方が 100 cm の設置スペースを確保してください。

◎危険の発生を避けるため、勝手に改造しないでください。保障対象外となります。

◎使用体重制限：182kg で 1 人用のトレーニングマシンです。

◎電圧不足による危険の発生を避けるため、タコ足配線などで分電しないでください。

使用上のご注意

理想的なトレーニング頻度

心肺及び筋肉の機能を高めるため、最低でも週3~4回使用してください。

相応しいトレーニング時間

トレーニング時間の長さは、個人の身体状況及び平素の運動状況を考えて決めてください。一般的に使用者の1回の運動時間は、最低10分間は必要で、肺に充分な酸素を吸込んでから身体の状況に応じて段々に運動時間を延ばしていってください。

【初心者向け運動プログラム】


	運動レベル	推奨される運動時間
1週目	軽い(一定の速度及び傾斜角度)	6~12分
2週目	軽い(一定の速度及び傾斜角度)	10~16分
3週目	普通(一定の速度及び傾斜角度)	14~20分
4週目	普通(一定の速度及び傾斜角度)	18~24分
5週目	普通(一定の速度及び傾斜角度)	22~28分
6週目	速度及び傾斜角度変化のトレーニング	20分
7週目	インターバルトレーニング (トレッドミルのプログラムでトレーニングします)。	24分

脈拍数ターゲット表

使用者が最大脈拍数での運動を望まない場合、推奨する脈拍ゾーンは最大脈拍数の60%~80%です。

もっとも低い脈拍ターゲットの計算方法=最大脈拍数×0.6

もっとも高い脈拍ターゲットの計算方法=最大脈拍数×0.8



$$220 - \text{使用者の年齢} = \text{最大脈拍数}$$


* 上述のデータは、アメリカンハート協会からの推奨です。

身体の状況を理解するため、運動を始める前にかかりつけの医師と相談されるようお勧めします。


使用上のご注意

安全キー・非常ストップボタン

安全キーは、使用者が走行ベルトの速度に追いつくことができないことで転倒によって起こる事故を防止したり、何らかの非常事態でトレッドミルをすぐ停止させるために使用します。もしもの安全の為に必ず安全キーを装着してください。



非常ストップボタンは、使用者がトレッドミルで非常事態が起きそうな時に事前に危険を避けさせることができます。非常事態が起きた時、非常ストップボタンを引張り、レバー又はハンドルを握り、足をステップに乗せて下さい。



製品仕様

製品の全長：215cm

製品の全幅：92.9cm

走行面寸法：55cm×153cm



製品の重量：167kg

傾斜レベル：0-18%段階（前傾）

プリセットプログラム

6組プリセットプログラム、3組の目標設定、4組のHRC、7組の体力テスト、バーチャルコネクト
基本機能

残り時間、経過時間、速度、スロープ、脈拍数、最大脈拍数、平均脈拍数、距離、カロリー、
時間消費カロリー、プリセットプログラムパターン、最大ペース、平均ペース。



パートの確認



設置時に関する注意事項

- 設置前に設置する十分なスペースがあるか確認をしてください。
- 水平な堅い床に設置してください。
- 床面を傷つけたり、汚さないように滑りにくく破れにくいシートなどを敷いてください。
- 電源コードは約2mです。電源コードがコンセントに届く範囲に設置してください。
- 電源は必ず AC 単相 200V20A もしくは AC100V 15A を使用してください。





はじめに箱から全ての部品を取り出しましょう。

※本体は重量物です。取り出すときには十分に注意してください。

内容物の確認


本体	コントロールパネル	支柱	支柱カバー
支柱パッキン	手すり		

パートの確認

ステップ 2	 M8X15mm / 10pcs	 M8 湾曲ワッシャー / 10pcs	 M8 S ワッシャー / 10pcs
ステップ 4	 M8X15mm / 8pcs	 M8 湾曲ワッシャー / 8pcs	 M8 S ワッシャー / 8pcs
ステップ 5	 M5x15mm / 4pcs		
ステップ 6	 M8x25mm / 4pcs	 M8 / 4pcs	 M8 S ワッシャー / 4pcs



エンドキャップ
/ 4pcs



電源コード / 1pcs



六角レンチ (5mm)



六角レンチ (6mm)

開梱及び組立




開梱の際の注意事項

部品包装を開く場合、部品の損傷を受けないように、乱暴な取り扱いはさけてください。
トレッドミルを平坦な床に置く前、先に一枚のマットを敷くことをお勧めします。
注意：本機の本体が重いため、本体を組み立てる時、複数の人に手伝ってもらってください。

STEP 1 モーターカバーの取り外し

モーターカバーのネジを緩めて、モーターカバーを脇に置きます。




開梱及び組立

STEP2 支柱スタンドの組立て

支柱をスタンドに組み立てます。

- 1). 支柱をスタンドに組み立てます。
- 2). 支柱に結んである針金を支柱から抜かずに外して、本体側のケーブル類を軽く結び、右支柱に上に引っ張り上げて通して下さい。
- 3). 六角レンチ(6mm)で10本のM8×15mmネジ、10個のM8 Sワッシャー及び10個のM8湾曲ワッシャーを締め付け、支柱をスタンド上に固定し、ネジで仮止めします。




開梱及び組立

STEP3 支柱カバーの組立て


- 支柱の上からに支柱カバーとパッキンを差し込みます。



パッキン



支柱カバー





開梱及び組立

STEP4 支柱・コントロールパネルの組立て

- 1). コントロールパネルのケーブルと支柱に通したケーブルを接続して、結んである針金を外します。
- 2). コントロールパネルを支柱に組み込みます。
- 3). 六角レンチ(5mm)でM8×15mmボルト×8と8枚のSワッシャーと8枚のM8湾曲ワッシャーで支柱にコントロールパネルをボルト止めします。
- 4). ボルトを隠すためのエンドキャップを4カ所に取り付けます。
- 5). 六角レンチ(6mm)でステップ2:(2)で仮止めした支柱下のボルトを本締めします。
- 6). モーターカバーをスクリューボルトで固定します。



M8 × 15mm
× 8 本




M8 × 湾曲ワッシャー
× 8 枚



M8 × S ワッシャー
× 8 枚



エンドキャップ
× 4



5mm L型レンチ
× 8 枚




6mm L型レンチ
× 1 本

開梱及び組立

STEP5 モーターカバー取付け


1). 5mmのL型レンチを使い



開梱及び組立

STEP6. ハンドル取り付け

- 1). 六角レンチ(6mm)を使って4本のM8×25mmネジと4個のM8 Sワッシャーとワッシャーを使って締め付け、ハンドルをモニターに固定します。



M8×25mm
×4本




M8×ワッシャー
×4枚



M8×Sワッシャー
×4枚




6mm L型レンチ
×1本



開梱及び組立

STEP7 アジャスターの調整方法


アジャスターインカバーの両側のネジを緩め、アジャスターインカバーを外すとアジャスター bolt を調整することができます。



本体にがたつきがある場合の調整方法

本製品には後ろ脚が調整できる機構となっております。設置場所でがたつきがある場合は右図を参考に調整してください。

1. 右図①のナットを矢印の方へモンキーレンチなどの工具を使って緩める。
2. ②のナットで高さを調整する。(右図参照)
3. 高さが定まったら①のナットを締め付けて固定します。



その他調整方法


TV設定方法 本体に建物からのアンテナケーブルを差し込んで下さい。

エンジニアリングモードを起動(前ページ参照)


左バーのTVを選択



Menuを押す



Auto TuningをCh↑・Ch↓ボタンで選択してOKボタンを押す。
画面を戻る場合は←ボタン



地域・郵便番号などを入力すると
サーチが開始されます。
サーチが終わると自動でチャンネル登録されます。

準備体操

適切な運動の構成には、準備運動、有酸素運動及び整理運動の三部分を含み、準備運動は筋肉のストレッチに役立ち、身体を温め、運動による傷害を避けることができます。整理運動は筋肉痛を和らげることができます。以下は、推奨される準備運動と整理運動です。



頭を回す運動

頭を右側へ倒し、左側の首筋が気持ちよく伸びているのを感じてから頭を後ろに倒し、頸を上に向けて口を開き、更に頭を右側へ倒し、最後に頭を前に倒し、頸を胸につけます。



肩上げ運動

右肩を耳に近づけるように上げ、その後左肩も耳に近づけるように上げます。



大腿四頭筋のストレッチ

壁に手を着いてバランスを取りながらやります右足を後方へ引き、足のかかとがお尻の下あたりに来るようになる状態で15カウント保持し、次に左足でこの動作を繰り返します。



脇のストレッチ

腕を体の両脇に伸ばしてから、頭を超えるまで上げて続けます。できれば右腕を天井に向かって伸ばします。こうすると右側の身体が伸びているのを感じることができます。右腕を上述の動作を繰り返します。




ふくらはぎ／かかとのストレッチ

左足を前、右足を後にし、両手を伸ばして壁に手をついて身体を支えながら右足を真っ直ぐに伸ばした姿勢を保持し、左足を床上に置いてから左足を曲げ、腕部を壁の方向に移動します。この姿勢で15カウント保持し、その後足を変えてこの動作を繰り返します。



太もも内側の筋肉のストレッチ

床に座り、膝を曲げて横に開き、足の裏と裏を合わせます。足を無理のない範囲で体の方に引き寄せ、両手で両膝を下に軽く押し広げます。この姿勢で約15カウント保持します。



立位体前屈のストレッチ

ゆっくりと腰を下ろし、足指へ伸ばす時、肩をリラックスさせ、できれば床に着くようにし且つこの姿勢で約15カウント保持します。



太もも裏面の筋肉のストレッチ

右の脚を伸ばして座ります。左の脚を伸ばした方の太もも内側に引き寄せ、できる限り足指を伸ばします。この姿勢で15カウント保持し、リラックスしてから左の脚を伸ばして上述の動作を繰り返します。

各部名称



操作 説 明

パネルの説明



① 日本語	表示される言語を設定出来ます。
② QUICK START	クイックスタート【簡単操作】
③ トレーニングコース	7種類のトレーニングメニューが選べます。
④ 目標トレーニング	時間、距離、カロリーを設定してトレーニングが出来ます。
⑤ 心拍数コントロール	4種類の心拍数トレーニングが出来ます。
⑥ 体力テスト	アメリカ基準での7種類の体力テストが出来ます。(心拍ペルト必要)
⑦ 仮想現実	12種類からの風景を選び、仮想的な風景の中でトレーニングが出来ます。
⑧ マルチメディア	テレビなどを見ながらトレーニングが出来ます。

操作 説 明




①	一時停止	:ボタンを押すと本機の作動を一時停止できます。
②	停止	:ボタンを押すと運動を停止し、運動情報ページに入ります。
③	ファン高	:画面上から風の強さを3段階、切り替えることができます。(OFF・低・高)
④	クールダウン	:システムが運動を終了する前、徐々に速度が遅くなり、5分後自動的に運動を終了します。
⑤	スピード調整スライドバー	:指でスライドさせてチェックを押すとスピードが簡単に調節出来ます。
⑥	角度調整スライドバー	:指でスライドさせてチェックを押すと角度が簡単に調節出来ます。
⑦	距離	:運動した距離を表示します。(10m単位)
⑧	経過時間	:運動を開始してからの経過時間が表示されます。
⑨	カロリー	:消費カロリーが表示されます。
⑩	心拍数	:グリップセンサーやチェストベルトを装着して運動時的心拍数を見ることが出来ます。
⑪	ベース	:1kmを走行するのに必要な時間が表示されます。
⑫	スピードや角度などの表示方法	:変更出来ます。
⑬	運動中でもテレビ、仮想接続など画面を替えることが出来ます。	
⑭	スピードグラフ(青)	1ブロック=0.5km/h
⑮	角度グラフ(黄)	1レベル

運動方法（クイックスタート）

はじめに


コンセントを差し込んで、本体前方にある電源スイッチを「I」マーク側へ押して、電源を入れてください。



初めは必ず両側のステップに足を乗せ、手すりにつかまって操作してください。
必ず走行ベルトが最低速度で動き出してから乗ってください。

①

QUICK START(クイックスタート)
ボタンを押します。



②

足はステップに跨ってください。
3..2..1..
とカウントダウンが始まり走行ベルトがスタートします。



③


走行ベルトが最低速度 0.5km/h で回りだしてから、ステップから足を離してベルトに乗って歩き出してください。



運動方法（クイックスタート）

スピード及び角度調整

スライドバーでの調整方法



角度は画面左に表示されているスライドバーを上記と同じようにすると、ご希望の角度に調整することができます。▲ ▼ で調整した場合は 1%ずつアップもしくはダウンします。

ハンドルクイックシフトでの調整方法

スピード調整

右手すりに付いているハンドルクイックシフトを前へ倒すと 0.1km/h ずつスピードが上がります。また手前に倒すとスピードが下がります。(0.5~20k/h)

角度調整


左手すりに付いているハンドルクイックシフトを前へ倒すと 1%ずつ角度が上がります。また手前に倒すと角度が下がります。(0~18%)



運動方法（クイックスタート）

運動を終了するには

スピードと角度を最低数値までスライドバー、  ボタン、ハンドルクイックシフトのいずれかで下げてください。




スピードと角度が完全に最低数値の動きに到達したら、両足をステップへ乗せて停止ボタンを押して終了させます。



運動終了後に画面にすべての結果が表示されます。画面を初期画面に戻すの
であれば  ホームボタン

また USB メモリースティックを差
している場合は  保存ボタン
を押して、USB に記録させます。

USB の使い方 P41 参照



表示画面の説明


運動中の画面説明

画面上部に距離、経過時間、カロリー、心拍数、ペースが表示されます。

距離	経過時間	カロリー	心拍数	ペース
000.00	00:00:00	0000	000	00:00:00

カロリー、心拍数、ペースは緑の三角部分をタッチすると選択項目が現れます。

距離	経過時間	カロリー	心拍数	ペース
000.00	00:00:00	0000	000	00:00:00
			心拍数	
			最大心拍数	
			平均心拍数	



タッチ

選択項目説明

カロリー 0000	消費カロリーを表示します。
カロリー	毎運動開始からの消費カロリーを表示します。
カロリー/時	現在の1時間あたりの平均消費カロリーを表示します。
心拍数 000	心拍数を表示します。
心拍数	運動時の心拍数を表示します。
最大心拍数	運動開始からの最大の心拍数を表示します。
平均心拍数	運動開始からの平均の心拍数を表示します。
ペース 00:00:00	ペースを表示します。
ペース	現行速度で1kmを走行するのに必要な時間を表示します。
平均ペース	運動過程中的1km当たりの必要な最短時間を表示します。
最良ペース	運動過程中的1km当たりの平均必要な時間を表示します。

表示画面の説明

運動中の画面説明

速度と角度の画面は3種類あります。上記の画像はプロファイル画面、画面上のプロファイル、ラップボタン、シンプルボタンで切り替えが出来ます。



プロファイル画面

運動中は距離や時間などの情報は画面上部に表示されます。
また、傾斜は黄色の棒線、速度は青い縦棒にて表示されます。



表示画面の説明

ラップ画面

画面上にコーストラックが現われて、コース上のどの辺りを走っているか白い丸で表されます。また中心には周回数が表示されます。



シンプル画面

簡単な運動情報(3つのサブウインドウ)+メインウインドウを表示し、一番見たい運動データをサブウインドウからメインウインドウに切り替えることができます(サブウインドウの右矢印キーを押すと、メインウインドウに切り替えることができます)



機能ボタンの説明

ここでは運動中の画面下に出ている機能ボタンについて説明します。
運動中に切り替えることも出来ます。



スポーツ

通常の運動画面となります。

テレビ

チャンネル選択：キーパッドを押すとテンキーがポップアップされ、チャンネルを選択でき、或いは CH 上下矢印キーで行うことができます。

音量調整：VOL の上下矢印キーで行います。

お気に入りチャンネル：見ているチャンネルは☆(黄)を押すとお気に入りチャンネルに登録でき、チャンネル数字が左側のお気に入り欄内に表示されます。見ているチャンネルがすでにお気に入りチャンネルの場合、☆(白)を押すとお気に入りチャンネルリストから削除されます。

スクリーンの中を長押しすると、フルスクリーンに変わり、フルスクリーンの状態でスクリーン中を長押しすると戻ることができます。フルスクリーンの状態で、上方にドロップダウンボタンがあり、運動情報をドロップダウン表示します(3秒後、自動的に消えます)。ハンドルボタンで速度と傾斜を調整する場合、スクリーン中に調整スライドバーが表示され、この時スライド調整を使用できます。



機能ボタンの説明

ここでは運動中の画面下に出ている機能ボタンについて説明します。



音楽

機器自体の接続ケーブルでスマートフォンに接続すると、スクリーン上にスマートフォン内の音楽情報(i-Phone)或いは内部データ(Android)が表示され、スマートフォン内の音楽(MP3)を機器上で再生/選択/一時停止等のコントロールを行うことができ、またお気に入り音楽を Favorite に表示すると、選択リストを作成できます。

- 注1) APPLE 30 Pin の関連製品のみをサポートし、8Pin-Lightning 製品は、純正アダプタを使用できますが、若干の機能をサポートしていません。
- 注2) 一部の Android スマートフォンの MTP をサポートしないものは、この音楽操作機能を使用できませんが、充電することは可能です。接続する前、まずスマートフォンのロックを解除してください。
- 注3) 接続後、読み込みまで時間が掛かる場合がございます。また初めに機器内のすべてのフォルダーが表示されますので、音楽が入っているフォルダーを選択して下さい。



機能ボタンの説明

ここでは運動中の画面下に出ている機能ボタンについて説明します。



仮想接続

景色を見ながら運動出来ます。

仮想接続：ランニング時、風景動画を再生し、動画再生速度は、ランningsスピードに伴い変更できます。下に表示されている「仮想接続」ボタンを押して、コースを選択します。

運動開始後、スクリーン表示のいずれかの部分を押すと、フルスクリーンに変わり、フルスクリーンの状態でスクリーンのいずれかの部分を押すと戻ることができます。

フルスクリーンの状態で、上方にドロップダウンボタンがあり、運動情報をドロップダウン表示します(3秒後、自動的に消えます)。ハンドルボタンで速度と傾斜を調整する場合、スクリーン中に調整スライドバーが表示され、この時スライド調整を使用できます。

①

仮想接続ボタンを押します。
希望の景色をタッチして選択します。(画面の▷ボタンで次の景色選択ページに移動出来ます)



②

走行スピードと共に景色が変わっていきます。



プログラムコントロール

マニュアル：使用者が手動で最も適した運動強度を調整します。使用者の関連情報を入力してより一層正確な運動消費を計算できます。

HILL：頂点に到着まで穏やかなヒルクライムをシミュレーションします。


FATBURN：中低強度運動で、酸素を安定して供給させることで減量をアシストします。

CARDIO：中高強度の心肺モードをシミュレーションして心肺機能を高めます。

体力：高強度運動をシミュレーションします

インターバル：運動と休息を交互に繰り返すインターバルトレーニングで、持久力を増すことができます。


カスタム：必要な運動プログラムを自ら身定し、各セグメントの強度と時間を設定できます。



プログラムコントロール

コンセントを差し込んで、本体前方にある電源スイッチを「I」マーク側へ押して、電源を入れてください。初めは必ず両側のステップに足を乗せ、手すりにつかまって操作してください。

必ず走行ベルトが最低速度で動き出してから乗ってください。



トレーニングコース：マニュアル

- ①
画面左下の「トレーニングコース」をタッチします。




- ②
マニュアルをタッチします。



- ③
体重と運動時間を入力します。

数字入力を訂正したい場合は キーを押すと削除できます。

入力後に決定ボタン を押します。



ボタンを押すとカウントダウン後に走行ベルトが動き出して運動を開始します。


運動開始後の操作や終了までの操作は P20・P21 を参照して下さい。

設定した時間にカウントが終了するとピッピッピッとブザーが 3 回鳴りプログラム実行が終了したことを示し、【ホームか保存選択画面】になります。

プログラム内容説明

プログラムトレーニングは角度を自動で変化させて行うトレーニングです。


スピードは任意の入力となりますので無理のないご自身の体力に合ったスピードでトレーニングして下さい。



HILL:山登り

徐々に角度を上げていき、中間で最大に上がり
徐々に下していくトレーニングです。

初級




中級



上級




プログラム内容説明




FATBURN: 脂肪燃焼

中低強度運動で、酸素を安定して供給させることで減量をアシストします。


初級



中級



上級




プログラム内容説明



CARDIO: 有酸素運動

中高強度の心肺モードをシミュレーションして心肺機能を高めます。


初級



中級



上級



プログラム内容説明



体力 : STRENGTH


筋力の向上、筋持久力の向上、筋量の増加などをアシストします。

体力
このほかプログラムに挑戦してみてください。


初級



中級



上級




プログラム内容説明




インターバル : INTERVAL

高負荷と低負荷を交互に繰り返すトレーニング方法です。
無酸素運動なのでスタミナをつけるのに最適なプログラムです。


初級



中級



上級



プログラム内容説明



カスタマイズ

自分で速度と角度を設定出来ます。

注意)入力したデータのメモリー機能はありません。

①

プログラム選択画面で「カスタマイズ」を選択後、体重と運動時間を入力します。

数字入力を訂正したい場合はキーを押すと削除できます。

入力後に決定ボタン を押します。

体重と時間を入力後にボタンを押します。




②

左図のⒶ「速度」「角度」を選択します。選択された側は青色背景白文字となります。

次に32段階のセグメントを指で入力していきます。(青棒は速度、黄色線は傾斜)

セグメントを移動させる場合は右図Ⓑのように横にスライドさせると移動が出来ます。

Ⓑ ボタンを押すとカウントダウン後に走行ベルトが動き出します。



プログラム内容説明

心拍数コントロール

速度や角度を自動で変化させて、目的の心拍数を一定に保つメニューです。

心拍数コントロール

circle
GYM & STUDIO



脂肪燃焼

最大心拍数の 60% に設定してください。あなたが目標の心拍数に到達できるように、このプログラムは自動プログラムで自動調整します。



エアロビクス

最大心拍数の 70% に設定してください。あなたが目標の心拍数に到達できました。このプログラムは自動プログラムで自動調整します。



パフォーマンス

最大心拍数の 80% に設定してください。あなたが目標の心拍数に到達できるように、このプログラムは自動プログラムで自動調整します。



カスタマイズ

目標心拍数を設定してください。あなたが目標を達成できるように、このプログラムは自動プログラムで自動調整します。あなたの目標の心拍数に

脂肪燃焼

減量モードで、最大脈拍数 60%～70%の中低運動強度脈拍数を設定でき、プログラムは運動強度を自動的に調整して設定した脈拍数に達することができます。

エアロビクス

心肺強化モードで、最大脈拍数 71%～80%の中高運動強度脈拍数を設定でき、プログラムは運動強度を自動的に調整して設定した脈拍数に達することができます。

パフォーマンス

心肺機能を向上するトレーニングで、最大脈拍数 81%～90%の高運動強度脈拍数を設定でき、プログラムは運動強度を自動的に調整して設定した脈拍数に達することができます。

カスタマイズ

目標の脈拍数を入力して、その脈拍数を一定に保つ為に自動で角度と速度を変化するメニューです。

プログラム内容説明

体力テスト

アメリカの消防、軍で行われているテストプログラムです。



GERKIN プロトコル

プログラムは、運動強度を使用者の脈拍が最大脈拍数の 85%に達するまで自動的に増して、使用者は速度と傾斜を自ら調整できず、テストを終了しない限り、手動で停止すると終了と見なされません。本プログラムは、無線式チェストベルトを装着する必要があります。

COOPER テスト

プログラムで 12 分間走を行い、使用者自身で速度をコントロールし、テストを終了しない限り、手動で停止すると終了と見なされません。

USMC PFT：海兵隊テストプログラム

4.8 km/3 マイル距離テストで時間を計測します。

陸軍 PRT : 3.2 km/2 マイル距離テスト


海軍 PRT : 2.4 km/1.5 マイル距離テスト

USAF PFT : 2.4 km/1.5 マイル距離テスト

連邦法テストプログラム : 2.4 km/1.5 マイル距離テスト

その他の機能説明

USB ポート/イヤホンジャック



USB ポート：データの保存とプログラムの更新用です。

音声のイヤホンジャック
(音源再生 3.5mm のコネクタはいずれも使用可能)

USB ポートについて

USB スティックを USB ポートに差し込みます。

運動終了後に 保存ボタンを押します。

保存が完了するとファイル名が表示されます。

終了後 ボタンを押して終了させます。



保存データについて

USB で保存したデータはパソコンで開くことが出来ます。

ファイルは下記のように表示されます。



データは jpg 画像と csv データの 2 種類に保存されています。(右図) jpg ファイルは右図のような画面で、また csv ファイルはエクセルなどで関連付けて開くとトレーニング機器のタイプ、時間、距離、カロリー、ペース、ベストペース、脈拍 (アベレージ)、脈拍 (最大) が表示されます。

	A	B	C
1	Type	Treadmill	
2	Time	0:32:00	
3	Distance	003.63 km	
4	Calories	413	
5	Pace	0:08:48	
6	Best Pace	0:06:03	
7	Average Heart Rate	077 bpm	
8	Max Heart Rate	176 bpm	
9			



A	B	C
1	Type	Treadmill
2	Time	0:32:00
3	Distance	003.63 km
4	Calories	413
5	Pace	0:08:48
6	Best Pace	0:06:03
7	Average Heart Rate	077 bpm
8	Max Heart Rate	176 bpm
9		

csv ファイル

その他の機能説明

充電機能について

パネルの下側にあるケーブルでスマートフォンなどを充電することが出来ます。
AndroidはMTP(メディア転送プロトコル)付き携帯電話をサポートします。i-Pod対応
i-Phone 4S, i-Phone 4, i-Phone 3GS/ i-Pod touch(第1~4世代)
ケーブルをホルダーから外してメディアデバイスに差し込んで充電してください。
注)機種によって出来ない場合があります。



Bluetooth機能について


Fit Goal 設定へのアクセス :

使用前、まずGoogle Play或いはAPP StoreでFitGoalをダウンロードしてください。

スマートフォンのブルートゥースをオンにします。

ブルートゥーススイッチの右側にブルートゥースシリアル番号が表示され、スマートフォン又はタブレットPCのブルートゥースをオンにして、このシリアル番号とマッチングさせ、マッチングが成功するとスクリーン上のリンク表示灯が赤灯から緑灯に変わり、機器のスタートボタンが反応しません。

スマートフォン或いはタブレットPCでFitGoal APPを起動して関連の設定を行った後でスタートボタンを押すと、APPが機器上のスタートボタンを押して運動開始を指示した時、機器のスタートボタンが使用できます。直接運動を開始或いはその他のトレーニングプログラムを選択した後で運動を開始し、FitGoalが運動の履歴と関連の情報を記録します。



走行ベルトの調整方法

走行ベルトの調整方法

はじめに

走行ベルトは人の体重がかかりながらも回る最も重要な部分です。
ベルトが滑りやすいように日ごろのメンテナンスが必ず必要となります。
購入時は走行ベルトが固いため、早い時期に調整が必要となる場合もございます。

ベルト調整が必要となる症状


1. 走行ベルトが左右どちらかに寄っている。
2. 歩行中（走行中）に左右どちらかの足を前に着地した時に走行ベルトだけ止まるような感じがする。（スリップする）



メンテナンス

1.走行ベルトのしくみ


ステップ後方のカバーの中は右図のように後ローラーの左右の軸に対して直角に調整ボルトが付いています。このボルトを回すことにより、後ローラーの軸にもネジ山があり、前後するような仕組みです。



前ローラーと後ローラーは上から見て平行でなければなりません。

どちらかの間隔がずれた場合は右図のようになります。

その際は寄った側の調節ボルトを回して調整が必要です。




メンテナンス

2.走行ベルトの調整の仕組みの説明

走行ベルトがずれる原因として考えられる原因

- 使用者の効き足の蹴る力
- 走行ベルトの伸び(消耗)
- 設置面の傾き


右図のように走行ベルトが左に寄っている場合の調整方法を説明します。



前ページで説明したように前後ローラーが平行で無い為、左に寄った場合は左側の後カバーの孔に、付属の六角レンチを使って、調整ボルトを回して調整します。右に寄った場合は右の調整ボルトを回して調整します。



右図はカバー内部の仕組みを分かりやすくするためのものです。
調整ボルト①を六角レンチで右に回すとローラーの軸②が後に下がります。



メンテナンス

3.走行ベルトの調整方法

1.

初めにルームランナーの電源を入れて走行ベルトを時速 2Km/h ぐらいで動かしながら調整してください。

1 度に回す目安として六角レンチは 90 度ぐらいが目安です。

あくまでも 90 度と言うのは目安ですので実際に走行ベルトが移動するのを目で見ながら微調整してください。



2.

おおよそ走行ベルトが中心に寄つたら、時速 6Km/h ぐらいに速度を上げて、人が乗らない状態で微調整を続けます。

微調整の際に逆側に寄りすぎた場合は調整ボルトを少し左回しにしたりして調整します。



3.

最後に実際に走行面に乗って、時速 4~6Km/h ぐらいで走行ベルトを回し、通常よりも強めに踏ん張るように踏み込みながら歩行してください。

走行ベルトだけが滑るような感じでしたら左右の調整ボルトを同じ回転だけ右回してください。ちょうど滑らなくなったところが適正の走行ベルトの張りです。

その後、通常通りの走行をしてベルトのズレを確認してください。

異常なければ走行ベルトの調整は完了です。

メンテナンス

4.シリコンスプレーの噴霧の方法


シリコンスプレーは必ず必要です！

走行ベルトは常に人の体重を乗せて走行板の上を滑っています。シリコンスプレーを噴霧することで走行ベルトの潤滑をしやすくしており、モーター やモーター基盤等に負担が掛からないように助ける役目もしています。

家庭用ルームランナーは3~5日ぐらい、業務用ルームランナーの場合は1~3日毎で噴霧してください。

日ごろのお手入れ

1. 走行ベルトと走行板の間に手を入れて、手の甲でベルトを持ち上げるようにします。
2. 走行板の幅の中心にシリコンスプレーが届くように噴霧します。
走行板の全長の前から後まで移動させながら噴霧してください。
3. その後、低速スピードで人が乗った状態で走行ベルトを回して、足の裏で伸ばすように3回転ほど回します。



走行板の中心に届くように噴霧する

3~6ヶ月ごとのお手入れ

●モーターカバー内の清掃

コンセントを必ず抜きます。

モーターカバーのネジを緩めて、カバーを開けて、カバー内部のホコリなどを取り除いてください。

●走行板の拭き取り清掃

走行ベルトを緩めて、走行板を中性洗剤を含ませ、固く絞った雑巾などできれいにシリコン、ホコリ等を拭き取ってください。

拭き取り後、走行板にシリコンを噴霧してから走行ベルトを調整します。

トラブルシューティング

本製品は電気的に障害が起きるとディスプレイにエラー表示が出ます。エラー表示が出たときや本体が動かなくなってしまった時には下記を参考にしてください。また、分からぬ場合は販売店様へ詳しい症状をご連絡してください。

表示エラーコード	原因	対処方法/確認箇所
01	電圧不足	本体に必要な電圧(ボルト)が足りません。人が乗って運動している状態で100V以上必要です。 一度、コンセントを抜いて5分程放置して、本体の電気を完全に放電させてから、再度電源を入れてみて下さい。 頻繁になるようでしたら電気工事に相談し、お部屋電圧を上げてください。もしくは販売店へご相談ください。
02	インバーターターミナルセンサー異常	インバータへのターミナルセンサーのエラーコード 一度、インバーターへの配線を抜いて、再度差し込んでみて電源を入れてみて下さい。頻繁になるようでしたら販売店へご連絡ください。
04	インバーター電流オーバー	過電流が基盤に流れた時のエラーコード <ul style="list-style-type: none"> ●走行ベルトの消耗などで電子部品に負担が掛かっているおそれがあります。 ●走行ベルトの張り調整、走行板へのシリコンスプレーの噴霧をして下さい。 ●本機の角度を最大まで上げてテスト走行してみて下さい。もしそのテストで異常が無ければ走行ベルトのシリコン不足、もしくは消耗が考えられます。 メンテナンスをあまりされていないようでしたら走行ベルトの交換をお勧めします。
06	入力過電圧	<ul style="list-style-type: none"> ●建物からの電圧が正しいかどうか測定してください。 ●本機の角度を最大まで上げてテスト走行してみて下さい。もしそのテストで異常があればインバーターへの抵抗器等の故障が考えられます。 その際は販売店へご連絡してください。
08	モーター漏電	モーターの配線が切れかかってフレームに触れたりしてませんか？ モーター辺りを注意してチェックして下さい。 頻繁になるようでしたら販売店へご連絡してください。
09	インバーターオーバーヒート	<ul style="list-style-type: none"> ●走行ベルトの消耗などで電子部品に負担が掛かっているおそれがあります。 ●走行ベルトの張り調整、走行板へのシリコンスプレーの噴霧をして下さい。 ●本機の角度を最大まで上げてテスト走行してみて下さい。もしそのテストで異常が無ければ走行ベルトのシリコン不足、もしくは消耗が考えられます。 メンテナンスをあまりされていないようでしたら走行ベルトの交換をお勧めします。
0A	インバーター過負荷	インバーターへの過電流が110%を超えたときのエラーコード。 <ul style="list-style-type: none"> ●走行ベルトの消耗などで電子部品に負担が掛かっているおそれがあります。 ●走行ベルトの張り調整、走行板へのシリコンスプレーの噴霧をして下さい。 ●本機の角度を最大まで上げてテスト走行してみて下さい。もしそのテストで異常が無ければ走行ベルトのシリコン不足、もしくは消耗が考えられます。 メンテナンスをあまりされていないようでしたら走行ベルトの交換をお勧めします
0B	インバーター110%過電流	インバーターへの過電流が150%を超えたときのエラーコード。 <ul style="list-style-type: none"> ●走行ベルトの消耗などで電子部品に負担が掛かっているおそれがあります。 ●走行ベルトの張り調整、走行板へのシリコンスプレーの噴霧をして下さい。 ●本機の角度を最大まで上げてテスト走行してみて下さい。もしそのテストで異常が無ければ走行ベルトのシリコン不足、もしくは消耗が考えられます。 メンテナンスをあまりされていないようでしたら走行ベルトの交換をお勧めします
0E	ダイナミックブレーキシステム異常	インバーターへの抵抗器の異常。インバーター交換が必要です。販売店へご連絡下さい。
21	インバーター故障	インバーターデバイス故障。インバーター交換が必要です。販売店へご連絡下さい。
22	インバーターロム異常	インバーターEEPロム異常。インバーター交換が必要です。販売店へご連絡下さい。
25	インバーター電力ストップ	インバーターから電気が流れていない。 1. コントロールパネルにインバーターからの通信が無い 各パーツに繋がっているコネクターを再度チェックして下さい。 変わらない場合はケーブル交換が必要です。販売店へご連絡下さい。

商 品 仕 様

名称	CIRCLE
形式	M7 E Plus
電源	AC100V 15A
傾斜角度	約 0~18%
設定速度	約 0.5~20.0km/h
計器表示	15.6 インチ タッチパネルスクリーン、速度 距離 時間 脈拍 消費カロリー 傾斜角度レベル
脈拍(パルス)方式	ハンドタッチセンサー式
時間	カウントアップ:0 分 00 秒~99 分 59 秒 カウントダウン:99 分 00 秒~0 分 00 秒
距離	積算表示:0.00Km~999Km(10m単位)
消費カロリー	積算表示:0~999kcal
緊急停止用安全キー	クリップ付きボタン式
走路サイズ	(約)幅 550×長さ 1530mm
本体サイズ	(約)幅 92.9×長 2150×高 1490mm
本体重量	約 167Kg
最大使用体重	182Kgまで
使用環境温湿度	+10~+40°C 30~80%RH
保存環境温湿度	+10~+50°C 20~90%RH
使用モーター	AC4.0HP(トレッドミルパワー)
付属品	簡易組み立て用工具、シリコンスプレー 取扱説明書(品質保証書付き)
原産国	台湾

2020 年 5 月 現在

保証規定（業務用）

※ お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

1.) 取扱説明書に従った正常な使用状態で、お買い上げ後 2 年以内に故障した場合には無償でパーツ提供致します。
2.) 無償修理期間内に故障してパーツをご依頼する場合は、商品に本書を添えてご購入店または(株)中旺ヘルスへ依頼または送付してください。
3.) 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - ・弊社へ出張修理を依頼する場合
 - ・使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - ・お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ・火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧による故障および損害。
 - ・本書の提示がない場合。
 - ・本書にお買い年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、又は字句を書き替えられた場合。
 - ・故障の原因が本製品以外に起因する場合。・通常消耗する部品等
 - ・車両や船舶等に設置された場合に起因する故障および損傷。
4.) 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5.) この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、中旺ヘルス健康機器を、お買い求めいただきありがとうございました。本機は厳重な検査を行い高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、2年間は無償パーツ提供いたします。

品名: CIRCLE

形式: M7E Plus

ご芳名:

ご住所:

TEL. ()

お買い上げ店名:

(印)

住所:

TEL. ()

お買い上げ年月日: 年 月 日

※本機の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。

This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印して
いただいてください

シリアルNo.

「中旺ヘルス製品についてのお問い合わせ・ご相談は「中旺ヘルスお客様相談センター」

本社:〒452-0011 愛知県清須市西枇杷島町城並 3 丁目 2-2

E-mail : hj@jp-chuoh.com

URL : www.jp-chuoh.com

東京営業所:TEL:(03)3835-4399